

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "СамараТест"  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.RU.C02270

Срок действия с 03.02.2022 по 02.02.2025

№ 1302995

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест».  
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара,  
улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская обл.,  
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19, комн. 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79.  
Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по  
сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

**ПРОДУКЦИЯ** Датчики–газоанализаторы ДАХ-М код ОК  
Технические условия ИБЯЛ.413412.005 ТУ; Технические условия часть 2 034-2014 (КПЕС 2008)  
ИБЯЛ.413412.005 ТУ1; Технические условия часть 3 ИБЯЛ.413412.005 ТУ2 26.51.53.110  
Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ** код ТН ВЭД  
ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012, 9027 10 100 0  
ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012,  
ГОСТ Р МЭК 61511-1-2018 (уровень полноты безопасности SIL2)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное  
объединение «Аналитприбор»  
Юридический адрес: 214031, Россия, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3  
ИНН: 6731002766

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское  
производственное объединение «Аналитприбор»  
Юридический адрес: 214031, Россия, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3  
Телефон: (4812)-31-12-42. E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru  
ИНН: 6731002766

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 174-22/01 от 31.01.2022 года, выданного испытательным  
центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-  
производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Эксперт

  
Подпись

Д.Г. Докучаев  
инициалы, фамилия

  
Подпись

Ф.Ю. Зубков  
инициалы, фамилия